



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

### ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

**ÁREA REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Saúde

#### 1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, visando fundamentar a elaboração do termo de referência, consoante previsto no art. 6º, inciso XX da Lei 14.133/2021.

#### 2. OBJETO

2.1. Trata-se da contratação de empresa através de licitação, com adoção do Sistema de Registro de Preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR**, para atendimento das demandas da Secretaria de Saúde de Apiaí/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, cujo critério de julgamento será o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

#### 2.2. Descrição do Item:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b>  Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos	UN	2.500



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

	<p>e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 10 (CH10). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.</p>		
2	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 12</b></p> <p>Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 12 (CH12). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.</p>	UN	1.440
3	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b></p> <p>Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução</p>	UN	2.160



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIÁÍ

## Estado de São Paulo

	<p>umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.</p>		
4	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 8</b> Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº8 (CH8). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.</p>	UN	2.160
5	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 10</b> Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº 10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.</p>	UN	2.160
6	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 12</b> Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de</p>	UN	2.160



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

	adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre n° 12 (CH12). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.		
7	<b>Cateter Externo</b>  Catéter externo de 01 PEÇA, não estéril , em formato de preservativo que recobre o pênis, bulbo/reservatório anti-dobras e porção distal em forma de um tubo estreito para conexão ao coletor de urina. Confeccionado em fina película de látex, composta de borracha natural siliconizada (Organo - Silicone Fluido), com uma fita auto-adesiva de hidrocoloide composta de Acrylato de Ethil Copolímero, incorporada internamente ao cateter. Aplicador em forma de tampa de Polipropileno e uma lingüeta aplicadora de Polietileno. Diâmetro: 35mm.	UN	450
8	<b>Bolsa de Perna Esteril</b>  Bolsa coletora de urina, estéril, transparente em Polietileno, com capacidade de 500 ml. Possui tubo extensor sanfonado de material polimérico macio dobrável, composto de Polietileno e EVA, com 50 cm de comprimento, válvula anti-refluxo em PVC e uma válvula de drenagem composta de copolímeros de butadieno estireno acrílico. Parte posterior da bolsa revestida com um emaranhado de não-tecido de poliéster, que fica em contato com a pele. Fixa-se por meio de velcro ou gancho plástico. O produto é esterilizado por óxido de etileno.	UN	80

### 3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição de materiais técnico hospitalares é uma medida essencial para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes que necessitam desses tipos de dispositivos após cirurgias ou tratamento continuo. Pacientes que passam por algum procedimento e precisam de bolsas adequadas, segura e higiênica. A disponibilidade dessas bolsas é fundamental para atender às necessidades diárias desses



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

pacientes, permitindo que eles mantenham sua dignidade e conforto, ajudando a prevenir complicações. A aquisição de produtos adequados garante que os pacientes tenham acesso a materiais que minimizam riscos à saúde e promovem uma melhor cicatrização.

### 4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

4.1. O município não elabora o Plano de Contratação Anual (PCA). No entanto, a presente contratação está alinhada com o Planejamento 2025 e dotação orçamentária, assegurando os recursos necessários para sua aquisição e cumprimento dos objetivos institucionais.

### 5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

#### 5.1. Da natureza da aquisição

5.1.1. A natureza do objeto deste ETP, dadas suas características, enquadra-se como material de consumo comum nos termos da Lei nº 14.133/2021.

#### 5.2. Da Subcontratação

5.2.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### 5.3. Garantia dos produtos

5.3.1 Os itens deverão ser garantidos por 12 (doze) meses ou pelo prazo do fabricante, o que for maior, contra qualquer espécie de vício e/ou defeito, contados da data efetiva da entrega, devendo a contratada, após comunicação do contratante, providenciar as devidas correções no prazo máximo de 10 (dez) dias.

#### 5.4. Do fornecimento dos produtos:

5.4.1 O fornecimento dos produtos deverá seguir as exigências abaixo relacionadas:

a) Deverão ser entregues diretamente no Almoxarifado Saúde localizado na Rua Shiguyuki Tsutia, nº 27 – Jardim Sol Nascente, Apiaí/SP, das 08h às 16h, em dias úteis;

b) O objeto deste instrumento deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) de nota fiscal, sem pedido mínimo, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias após a emissão e confirmação de recebimento da A.F. (Autorização de Fornecimento). A nota deverá constar o número do Processo e número da respectiva Autorização de Fornecimento;

c) É de inteira responsabilidade do vendedor o transporte do objeto da licitação para o local designado na Autorização de Fornecimento;



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

- d) Qualquer avaria do produto ocasionado pelo transporte, não será aceito e o mesmo devolvido imediatamente para substituição;
- e) O produto deverá estar em conformidade com a Lei nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre o código que estabelece as normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos art. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias;
- f) No preço estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, pagamento de impostos, encargos e tributos que incidirem sobre a contratação, despesas com custo, descarga, seguro e frete, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;
- g) Todas as despesas relacionadas com a execução do objeto correrão por conta da proponente vencedora, despesas estas previstas e/ou computadas na proposta;
- h) Fica assegurado à contratante o direito de, a qualquer tempo, proceder à avaliação do objeto deste procedimento, bem como solicitar quaisquer documentos pertinentes aos mesmos.
- i) A entrega será conforme a necessidade, de segunda-feira a sexta-feira.
- j) Todos os produtos previstos e descritos no presente processo licitatório deverão ter o acompanhamento e aprovação da Secretaria responsável;
- k) Deverão ser prestados todos os esclarecimentos solicitados e atendidas prontamente todas as reclamações pertinentes que porventura surjam durante a execução;
- l) A empresa deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados pelo fornecimento irregular do produto licitado, ou por entrega dos produtos em desacordo com o descrito em edital;
- m) Se os produtos não estiverem de acordo com as especificações do edital, ou não apresentarem a qualidade desejada, serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo para o Município de Apiaí/SP. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações e o fornecimento efetuado, serão aplicados à Contratada as sanções previstas no Edital e Legislação vigente.

### 5.5 Da exigência de amostra

**5.5.1** Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

**5.5.2** Serão exigidas amostras de apenas uma unidade para os seguintes itens deste ETP:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b> Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 10 (CH10). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.
2	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 12</b> Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 12 (CH12). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.
3	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b> Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 8</b>  Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº8 (CH8). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.  Marca de referência: SpeediCath®
4	<b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 10</b>  Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº 10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.  Marca de referência: SpeediCath®
5	<b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 12</b>  Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº 12 (CH12). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.  Marca de referência: SpeediCath®
6	<b>Cateter Externo</b>  Catéter externo de 01 PEÇA, não estéril , em formato de preservativo que recobre o pênis, bulbo/reservatório anti-dobras e porção distal em forma de um tubo estreito para conexão ao coletor de urina. Confeccionado em fina película de látex, composta de borracha natural siliconizada (Organo - Silicone Fluido), com uma fita auto-adesiva de hidrocoloide composta de Acrylato de Ethil Copolímero, incorporada internamente ao cateter. Aplicador em forma de tampa de Polipropileno e uma lingüeta aplicadora de Polietileno. Diâmetro: 35mm.  Marca de referência: Conveen®
7	<b>BOLSA DE Perna ESTERIL</b>  Bolsa coletora de urina, estéril, transparente em Polietileno, com capacidade de 500 ml. Possui tubo extensor sanfonado de material polimérico macio dobrável, composto de Polietileno e EVA, com 50 cm de comprimento, válvula anti-refluxo em PVC e uma válvula de drenagem composta de copolímeros de butadieno estireno acrílico. Parte posterior da bolsa revestida com um



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

emaranhado de não-tecido de poliéster, que fica em contato com a pele. Fixa-se por meio de velcro ou gancho plástico. O produto é esterilizado por óxido de etileno.

Marca de referência; Conveen®0

**5.5.3** As amostras poderão ser entregues no Almoxarifado Saúde localizado no endereço Rua Shiguyuki Tsutia, nº 27 – Jardim Sol Nascente, Apiaí/SP, das 08h às 16h, em dias úteis, no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

**5.5.4** É facultada a prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação devidamente justificada pelo interessado, antes de findo o prazo.

**5.5.5** No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

**5.5.6** Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

**5.5.6.1** Inspeção visual; e

**5.5.6.2** Qualidade dos produtos.

**5.5.7** Após a análise técnica, a amostra não será devolvida e ficará em poder do órgão contratante, sendo que em hipótese alguma poderá ser descontada do quantitativo a ser entregue.

**5.5.8** Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste ETP.

**5.5.9** As licitantes que ofertarem produtos das marcas de referência, conforme Termo de Referência, ficarão isentas da apresentação de amostras.

## 6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

**6.1.** Para realizar os levantamentos das necessidades da futura contratação levaram-se em consideração a alta demanda do uso do material solicitado, levando em consideração quantidade atual e projeções futuras, a qual obteve-se os seguintes itens e quantidades, respectivas:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNID	QUANT.
------	-----------	------	--------



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

1	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b></p> <p>Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 10 (CH10). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.</p>	UN	2.500
2	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 12</b></p> <p>Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 12 (CH12). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que</p>	UN	1.440



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ**  
**Estado de São Paulo**

	<p>garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.</p>		
3	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b></p> <p>Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.</p>	UN	2.160
4	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 8</b></p> <p>Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº8 (CH8). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.</p>	UN	2.160
5	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 10</b></p> <p>Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de</p>	UN	2.160



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ**  
**Estado de São Paulo**

	adição de água para diluir substância lubrificante e açãoar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre n° 10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.		
6	<b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 12</b>  Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umeante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e açãoar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre n° 12 (CH12). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.	UN	2.160
7	<b>Cateter Externo</b>  Catéter externo de 01 PEÇA, não estéril, em formato de preservativo que recobre o pênis, bulbo/reservatório anti-dobras e porção distal em forma de um tubo estreito para conexão ao coletor de urina. Confeccionado em fina película de látex, composta de borracha natural siliconizada (Organo - Silicone Fluido), com uma fita auto-adesiva de hidrocoloide composta de Acrylato de Ethil Copolímero, incorporada internamente ao cateter. Aplicador em forma de tampa de Polipropileno e uma lingüeta aplicadora de Polietileno. Diâmetro: 35mm.	UN	450
8	<b>Bolsa de Perna Esteril</b>  Bolsa coletora de urina, estéril, transparente em Polietileno, com capacidade de 500 ml. Possui tubo extensor sanfonado de material polimérico macio dobrável, composto de Polietileno e EVA, com 50 cm de comprimento, válvula anti-refluxo em PVC e uma válvula de drenagem composta de copolímeros de butadieno estireno acrílico. Parte posterior da bolsa revestida com um	UN	80



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

	emaranhado de não-tecido de poliéster, que fica em contato com a pele. Fixa-se por meio de velcro ou gancho plástico. O produto é esterilizado por óxido de etileno.		
--	--	--	--

## 7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

7.1. Em atendimento ao disposto no Art. 44 da Lei 14.133/2021, foram pesquisadas no mercado e em outros órgãos e entidades soluções diversas para a demanda, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração e aos requisitos apresentados no presente estudo.

Foram levantadas as seguintes possibilidades:

**Solução 01:** Buscar apoio de organizações que atuam na área, que podem realizar doações ou facilitar o acesso a equipamentos. Seria uma opção vantajosa e sem custos para a Secretaria Municipal de Saúde, porém uma solução que demoraria um grande tempo por depender de doações e disponibilidade das organizações.

**Solução 02:** Produzir ou montar os materiais localmente, com a capacitação adequada. Uma alternativa inviável nesse momento por questão que exija avaliação técnica e regulatória.

**Melhor solução:** Conclui-se que a melhor opção e a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e conveniência da Administração Pública está na efetiva **aquisição de material técnico hospitalar**, levando em consideração que essa modalidade permite maior agilidade, economia de escala e facilidade de reposição, além de garantir a competitividade e a transparência do processo.

## 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. O preço estimado global para a contratação de empresa especializada para **FORNECIMENTO DE MATERIAIS TECNICO HOSPITALAR**, foi obtido através de orçamento apresentado por empresa do ramo. Destaca-se que o referido orçamento foi elaborado com base em apenas uma unidade de cada item. Contudo, a Secretaria requisitante solicitou um quantitativo maior, o que resultou em divergência entre o valor orçado e o valor final estimado. Assim, o valor médio estimado foi calculado com base nos preços unitários apresentados, multiplicados pelas quantidades solicitadas, totalizando o valor de **R\$ 333.384,00**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

(trezentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais).

### 9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

9.1. Considerando o interesse público, os objetivos estratégicos e as opções de mercado, optou-se pela **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TÉCNICO HOSPITALAR**, sendo necessário a entrega com celeridade e dentro dos requisitos exigidos, conforme descrição do itens abaixo:

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b>  Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofilico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de (3.3mm), calibre nº 10 (CH10). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da	UN	2.500	R\$28,90	R\$ 72.250,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIÁÍ

## Estado de São Paulo

	<p>lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.</p>					
2	<p><b>Cateter Uretral Lubrificado CH 12</b></p> <p>Cateter uretral Masculino com revestimento hidrofílico, pronto para uso, de uso único, para cateterismo intermitente. Apresenta ponta flexível que proporciona uma inserção suave e de fácil navegação através da anatomia da uretra masculina e guia de inserção para um cateterismo higiênico, de fácil manuseio, sem toque no cateter. Confeccionado em poliuretano, atóxico, hipoalergênico, resistente a torções, revestido por substância com propriedades lubrificantes à base de moléculas de polivinilpirrolidona (PVP) fortemente ligadas em toda extensão do cateter que garante lubrificação uniforme e permanente, evitando remoção do revestimento e atrito na uretra. Apresenta orifícios radiais, polidos e lubrificados com diâmetro externo de</p>	UN	1.440	R\$ 28,90	R\$ 41,616,00	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ**  
**Estado de São Paulo**

	(3.3mm), calibre nº 12 (CH12). Embalado individualmente, envolto em agente umectante, cloreto de sódio, que garante a integridade do produto, manutenção ideal da lubrificação e o cateter imediatamente pronto para uso sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. A embalagem de alumínio possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida e preserva a técnica asséptica. Esterilizado por irradiação.					
3	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 10</b>  Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.	UN	2.160	R\$ 23,90	R\$ 51.624,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

Estado de São Paulo

4	<b>Cateter Uretral Lubrificado CH 8</b>  Cateter uretral de poliuretano Masculino com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº8 (CH8). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.	UN	2.160	R\$23,90	R\$51.624,00
5	<b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 10</b>  Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº 10 (CH10). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o	UN	2.160	R\$ 23,90	R\$ 51.624,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIÁÍ

## Estado de São Paulo

	manuseio para usuários com destreza manual reduzida.					
6	<b>Cateter Uretral Lubrificado Feminino CH 12</b>  Cateter uretral de poliuretano Feminino, com revestimento hidrofílico a base de polivinilpirrolidona (PVP), que garante lubrificação uniforme, envolto em solução umectante a base de água, pronto para uso, e sem necessidade de adição de água para diluir substância lubrificante e acionar ou romper qualquer tipo de dispositivo com substância lubrificante. Com orifícios radiais, polidos e lubrificantes, calibre nº 12 (CH12). Preserva técnica asséptica devido aos 5 cm iniciais sem lubrificação e embalagem possui fácil abertura, ponto adesivo para fixação em superfície lisa e anel de abertura que facilita o manuseio para usuários com destreza manual reduzida.	UN	2.160	R\$ 23,90	R\$51.624,00	
7	<b>Cateter Externo</b>  Catéter externo de 01 PEÇA, não estéril, em formato de preservativo que recobre o pênis, bulbo/reservatório anti-dobras e porção distal em forma de um tubo estreito para conexão ao coletor de urina. Confeccionado em fina película de látex, composta de borracha natural siliconizada (Organo - Silicone Fluido), com uma fita auto-adesiva de hidrocoloide composta de Acrylato de Ethil Copolímero, incorporada internamente ao cateter. Aplicador em forma de tampa de Polipropileno e uma	UN	450	R\$ 19,00	R\$ 8.550,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

Estado de São Paulo

	lingüeta aplicadora de Polietileno. Diâmetro: 35mm.					
8	<b>Bolsa de Perna Esteril</b>  Bolsa coletora de urina, estéril, transparente em Polietileno, com capacidade de 500 ml. Possui tubo extensor sanfonado de material polimérico macio dobrável, composto de Polietileno e EVA, com 50 cm de comprimento, válvula anti-refluxo em PVC e uma válvula de drenagem composta de copolímeros de butadieno estireno acrílico. Parte posterior da bolsa revestida com um emaranhado de não-tecido de poliéster, que fica em contato com a pele. Fixa-se por meio de velcro ou gancho plástico. O produto é esterilizado por óxido de etileno.	UN	80	R\$ 55,90	R\$ 4.472,00	

Fonte do Recursos: Recurso próprio Municipal e Recurso do Fundo Municipal de Saúde.

**9.2.** Acrescente-se que as quantidades informadas neste ETP são estimativas para atender esta Secretaria, pelo período de 12 (doze) meses, tomando como parâmetro básico o histórico da demanda desses produtos nos anos anteriores.

**9.3.** Por fim, o planejamento para esta aquisição ora pretendida foi realizado buscando o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e/ou financeiros despendidos na aquisição dos produtos, contemplando assim, a demanda das atividades essenciais e auxiliares da Prefeitura de Apiaí/SP, de maneira que a execução dos serviços seja realizada de forma mais eficiente e assertiva.

## 10. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

**10.1.** Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.º 14.133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

**10.2.** Considerando as especificidades do presente objeto os produtos deverão ser divididos em tantas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, no caso em questão, será utilizado o **tipo de julgamento por item**.

### 11. RESULTADOS PRETENDIDOS

**11.1.** A solução descrita neste estudo visa produzir os seguintes resultados efetivos:

**11.2.** Com a contratação, o objetivo principal da Secretaria Municipal de Saúde será atingido, qual seja prover aos pacientes um atendimento necessário e com toda qualidade diante do quadro clínico do mesmo apresentado, respeitando o direito a saúde do munícipe.

### 12. PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS

**12.1** Elaboração do Termo de Referência detalhado.

**12.2** Acompanhamento da entrega dos materiais, garantindo que os mesmos atendam às especificações acordadas.

**12.3** Caberá ao gestor do contrato e seus fiscais o apreço correto da execução do contrato, bem como a observância às normas vigentes do presente processo.

**12.4** Deverão ser observados os requisitos de habilitação e pertinência dos valores à exequibilidade dos preços apresentados pela empresa eventualmente classificada em 1º lugar no certame.

**12.5** Deverão ser observados os prazos de entrega dos serviços conforme tabulado neste instrumento e em Termo de Referência, havendo apresentação de Recebimento Provisório e Recebimento Definitivo, conforme cada caso concreto.

**12.6** Informar aos fornecedores classificados em 1º lugar sobre as possíveis penalidades a serem tomadas em caso de desatendimento dos requisitos solicitados, bem como providencias a serem tomadas em cada entrega a ser solicitada.

**12.7** Não foram identificadas necessidades de adequação do ambiente para execução contratual.

### 13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

**13.1.** Não há ou haverá contratações correlatas ou interdependentes a este objeto.

### 14. IMPACTOS AMBIENTAIS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

## Estado de São Paulo

**14.1.** A aquisição e distribuição do produto objeto desta contratação pode gerar os seguintes impactos:

**14.1.1.** Os materiais são produtos de uso único, gerando resíduos sólidos que podem contribuir para o aumento do lixo hospitalar e doméstico. Se não forem descartadas corretamente, podem causar contaminação do solo e da água, além de contribuir para o problema global de resíduos plásticos.

**14.1.2.** Para mitigar esses efeitos é necessário promover o uso racional do produto, evitando desperdícios e garantir o descarte adequado em conformidade com normas ambientais e de saúde.

### **15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO**

**15.1.** Pelo constatado no presente estudo, considera-se que a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO-HOSPITALAR**, com adoção do Sistema de Registro de Preços, para atendimento das demandas da Secretaria de Saúde, é viável em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento. Dessa forma, concluímos que a solução indicada é a mais adequada e requeremos a continuidade do processo para efetivar a contratação, visando o atendimento da necessidade a que se destina.

### **16. ANEXOS**

**16.1.** Em anexo do presente ETP o seguinte documento:

**Anexo 1 – Orçamentos realizados junto a empresas do ramo, sendo orçamento realizado com preço por unidade.**

Apiaí, 11 de agosto de 2025

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ETP:**

---

**ROSANA HAICK VITORASSI DIAS BATISTA**  
Secretaria Municipal de Saúde



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ**  
**Estado de São Paulo**